

Capitolato tecnico per rinnovo del servizio di assistenza tecnica, verifiche, revisione e manutenzione "full Risk" delle Scorte Intangibili e sostituzione ed implementazione delle dotazioni minime presso aeroporto di Palermo

**SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE FULL RISK SCORTA INTANGIBILE
AEROPORTO "FALCONE BORSELLINO" DI PALERMO**

- **Durata servizio mesi 48;**
- **N° 4 interventi di manutenzione periodica per ciascuno anno a cadenza programmata trimestrale ovvero in occasione delle diverse scadenze periodiche del materiale monouso di cui all'allegato "A" per un totale di n° 16 interventi;**
- **Importo a base d'asta del servizio per il periodo contrattuale quadriennale : € 80.000,00 + IVA.**

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Requisito per la partecipazione: la ditta concorrente dovrà avere svolto un servizio identico o analogo a quello oggetto di gara e importi uguali o superiori a quello a base d'asta.

Per servizi analoghi devono intendersi servizi di gestione, assistenza tecnica, manutenzione, funzionalità di attrezzature e apparecchiature sanitarie resi nell'ambito degli interventi svolti per fronteggiare i disastri causati da eventi naturali o prodotti dall'attività umana.

Il servizio deve prevedere n° 4 interventi di manutenzione periodica per ciascuno anno a cadenza programmata trimestrale ovvero in occasione delle diverse scadenze periodiche del materiale monouso di cui all'allegato "A" che verranno comunque appositamente programmati e concordati di volta in volta con il committente.

Gli interventi devono essere diretti alla sostituzione e smaltimento di tutto il materiale in scadenza, secondo la vigente normativa, come da elenco allegato (*allegato "A"*) ed alla manutenzione preventiva delle attrezzature mediante verifiche e "messe a punto" per prevenire, controllare ed eliminare eventuali anomalie di funzionamento.

Tutte le apparecchiature attualmente in uso (*allegato "B"*) che necessitano di manutenzioni specialistiche e tutte quelle apparecchiature già fuori produzione e/o che lo diventeranno nei prossimi 4 anni - stante la difficoltà di reperimento dei relativi ricambi - dovranno essere sostituite con apparecchiature equivalenti a seguito di specifica approvazione della committente e senza costi aggiuntivi per la stessa.

Gli interventi e le relative verifiche su tutte le attrezzature e/o su i materiali in scadenza dovranno essere effettuate solo da tecnici specializzati con:



- sostituzione di parti risultanti difettose o guaste con ricambi originali;
- controllo meccanico di tutte le componenti meccaniche (carrello trasporto, generatore elettrico, tenda da campo, etc.) con prove di funzionalità, nel rispetto delle normative tecniche;
- controllo elettrico di tutti i circuiti elettrici con apposite apparecchiature regolarmente testate.
- controllo elettronico, utilizzando il software delle ditte produttrici (defibrillatori, ventilatori polmonari di emergenza etc.);
- controllo dello stato d'uso delle apparecchiature in dotazione e dei relativi accessori di alimentazione (batterie, carica batterie, etc.).

Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato un verbale di assistenza con la relazione del servizio.

La sostituzione delle parti guaste dovrà essere effettuata con pezzi di ricambio che devono rispettare le stesse caratteristiche di cui al materiale di scorta in dotazione della committente. A tal fine la ditta concorrente dovrà effettuare il preventivo sopralluogo obbligatorio da concordare con GES.A.P. S.p.A., sino a tre giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara.

Per qualsiasi accesso e verifica nei locali ove è custodita la scorta intangibile sarà necessario che la ditta aggiudicataria concordi preventivamente con il personale incaricato della Direzione Area Movimento, data, orario e modalità di intervento con comunicazione da effettuarsi via posta elettronica.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SEGUITO DELL'INTERVENTO TECNICO

Dopo ogni intervento tecnico la ditta aggiudicataria rilascerà un "rapporto di lavoro" che riporterà le seguenti indicazioni:

- N. rapporto di lavoro;
- luogo e data di intervento;
- tipo di intervento (In Contratto - Fuori Contratto);
- tipo e matricola dell'apparecchiatura;
- tipo di guasto riscontrato;
- descrizione dei lavori eseguiti con l'indicazione delle parti di ricambio eventualmente utilizzate.

RELAZIONE TECNICA

La ditta partecipante dovrà presentare al termine di ogni intervento un relazione tecnica relativa alle modalità di effettuazione del servizio.

Nella relazione, dovranno essere inseriti, i nominativi di almeno due tecnici specializzati e di un responsabile tecnico, che dovranno operare nelle aree sottoposte a vincoli di accesso come le zone aeroportuali.



MANUTENZIONI CORRETTIVE (INTERVENTI STRAORDINARI) NON COPERTE DA CONTRATTO FULL RISK

Nei casi in cui i materiali facenti parte della scorta intangibile vengano utilizzati, il ripristino e la reintegrazione di quanto consumato sarà a carico della Committente.

Ogni intervento su chiamata extra contratto verrà effettuato previa richiesta scritta di intervento tecnico da parte della committente. L'intervento dovrà essere effettuato entro 4 ore lavorative dalla chiamata.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire il servizio anche in situazioni di emergenza dietro semplice chiamata telefonica diretta da parte della committente; la medesima richiesta, in tale fattispecie, sarà ratificata successivamente.

Per il ripristino e reintegro dei prodotti sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara e dovrà essere mantenuto invariato per tutta la durata contrattuale.

Pertanto nella busta contenente l'offerta dovrà essere allegato il listino in vigore sul quale sarà applicato il medesimo ribasso.

FORNITURA AGGIUNTIVA IN UN'UNICA SOLUZIONE

Nel corso del primo intervento di manutenzione ordinaria periodica dovranno essere fornite le seguenti attrezzature e materiale sanitario per la dotazione della scorta intangibile:

- n° 48 KIT ustioni di cui all'*allegato "A2"*;
- n° 10 contenitori monouso per aghi;
- n° 1 proiettore faro da esterno a led 200W [Classe di efficienza energetica A+] dotato di cavo elettrico tripolare 5 mt per posa mobile (H07RNF) con spina 16 A.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Fatturazione contestuale all'inoltro della relazione tecnica a seguito di intervento;
- Garanzia mesi 24 su parti di ricambio sostituite escluso materiale di consumo.

GES.A.P. S.p.A.
Resp. UOP Unità Operativa Apron
Ing. Salvatore Mangano

Allegato "A"

ELENCO PRODOTTI CON SCADENZA DA SOSTITUIRE NELL'ARCO DEL QUADRIENNIO

Descrizione	Q.tà Tot.	U.M.
Aghi Cannula G14 (Arancione)	100	pz
Aghi Cannula G16 (Grigio)	100	pz
Aghi Cannula G18 (Verdi)	100	pz
Aghi Cannula G20 (Rosa)	100	pz
Aghi Cannula G22 (Celeste)	100	pz
Aghi Cannula G24 (Giallo)	100	pz
Bombola di Ossigeno 2 lt x Ventilatore Polmonare d'Emrgenza	3	pz
Bombole Ossigeno con valvola UEG	168	pz
Cannule di Guedel Mis 0 - colore Nero	10	pz
Cannule di Guedel Mis 1 - Colore Bianco	10	pz
Cannule di Guedel Mis 2 - Colore Verde	10	pz
Conf. da 50 Coppie di Guanti Monouso Mis. 7,5	5	conf
Conf. Garze Sterili 12 bustine	400	conf
Coppia di Guanti Monouso Mis. 7	300	pz
Coppia di Guanti Monouso Mis. 7,5	300	pz
KIT Medicazione	364	pz
KIT Medicazione chirurgica	8	pz
KIT Ustione	60*	pz
Linee monouso di infusione con ago e roller	720	pz
Maschera per ossigeno terapia Adulti	174	pz
Maschera per ossigeno terapia Pediatrica	40	pz
Metallina	64	pz
Piastre Adulti per Defibrillatore con Batteria	3	pz
Piastre Pediatriche per Defibrillatore	3	pz
ROTOLO CEROTTO TNT 5x2,5 cm	144	pz
Siringa gonfia pallone da 60ml (x Catetere)	50	pz
Soluzioni Fisiologiche	564	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 16,5 cm Ø 3 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 21 cm Ø 4 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 24,5 cm Ø 5 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 26 cm Ø 6,5 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 31 cm Ø 7 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 31,5 cm Ø 7,5 mm.	330	pz
TUBI ENDOTRACHEALI 33 cm Ø 8 mm.	330	pz

* n. 48 KIT Ustione verranno forniti in occasione dell'avvio del servizio

N.B. Alcuni di questi prodotti nell'arco del quadriennio vengono sostituiti più volte a causa delle scadenze con validità a sei mesi, un anno o due.

Allegato "B"**ELENCO ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE SOTTOPOSTE A VERIFICA E CONTROLLO**

Descrizione	Q.tà Tot	U.M.
Tenda da Capo con Sacca - Postazione Medica Avanzata (PMA)	1	pz
Tavolo da campo (PMA)	1	pz
Sedie da campo (PMA)	2	pz
Barelle Autocaricanti (Complete di: Asta portaflebo; portastrumenti; Portabombola; materasso; telo portafertiti)	2	pz
Carrello Emergenza con accessori	1	pz
Generatore Elettrico a Benzina	1	pz
Barelle Impilabili	100	pz
Materassi a depressione con accessori	10	pz
Tavole Spinali complete di cinture	10	pz
KIT Immobilizzazione	50	pz
Aspiratori Manuali	72	pz
KIT Laringoscopio	22	pz
Sfigmomanometro	22	pz
Fonendoscopio	22	pz
Luci Frontali	2	pz
Defibrillatori AED	3	pz
Ventilatori Polmonari Portatili d'Emergenza	3	pz
Aspiratori Elettronici Portatili	3	pz
Saturimetri Portatili	3	pz
Sacchi recupero salme	500	pz

